



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
 Федеральное бюджетное учреждение  
 «Государственный региональный центр  
 стандартизации, метрологии и испытаний  
 в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
 (ФБУ «Тест-С.-Петербург»)



Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311483 от 29.12.2015 г.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 0012756

Действительно до 06 февраля 2020

Средство измерений Анализаторы автоматические OBLF мод. QSG 750,  
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном

№21330-06  
информационном фонде по обеспечению единства измерений (если в состав средства измерений входят

несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

серия и номер клейма предыдущей поверки Отсутствуют  
(если такая серия и номер имеются)

заводской номер (номера) 849

поверено в соответствии с описанием типа  
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений

(если предусмотрено методикой поверки)  
 поверено в соответствии с МП РТ 620-2000  
наименование документа, на основании которого

выполнена поверка

с применением эталонов: ГСО 1720-86П..1724-86П государственные  
наименование, тип, заводской номер

стандартные образцы составы бронзы алюминиевой типа БраЖ9-4  
(регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона,

(комплект М126)  
применяемого при поверке)

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего  
приводят перечень

воздуха 23°C относительная влажность 57% атмосферное давление  
влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки,

100кПа  
с указанием их значений

и на основании результатов первичной периодической поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки \_\_\_\_\_



начальник отдела \_\_\_\_\_  
должность

Ядрышникова И.С.  
Фамилия И.О.


поверитель \_\_\_\_\_  
подпись

Хохлов С.А.  
Фамилия И.О.

№ 225010

Дата поверки 07 февраля 2019 г.

**МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
(заполняются при наличии соответствующих требований  
в нормативном документе по поверке)



07 февраля 2019 г.

поверитель

  
подпись

Хохлов С.А.  
Фамилия И.О.

---

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (ФБУ «Тест-С.-Петербург») соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 при осуществлении поверки средств измерений

Исходные рабочие эталоны ФБУ «Тест-С.-Петербург» поверяются на государственных первичных эталонах в Государственных научных метрологических институтах Росстандарта